

Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-09-16-004173-a

Код ДК 021:2015 38310000-1- Високоточні терези (ваги лабораторні, ваги цифрові, гирі)

Відкриті торги (з особливостями)

Очікувана вартість: 18 800,00 грн. з ПДВ

Період поставки: по 11.11.2025р.

Місце поставки: м. Чернівці , вул. Університетська , 28

Технічне обґрунтування (характеристики)

№ з/п	Найменування	Одиниці виміру	Кількість	Характеристика
1	Ваги лабораторні ТВЕ або еквівалент	шт	1	Характеристика: Ваги електронні лабораторні Діапазон зважування: від 5 мг до 3 кг Дискретність: 0.1 г Клас точності: III Час стабілізації показань: до 3 сек. Матеріал платформи: нержавіюча сталь Тип дисплею: рідкокристалічний LCD (з підсвіткою) Діаметр чаші/платформи: до 150 мм Градуювання: внутрішнє Ступінь захисту: IP 40 Інтерфейси: RS 232 Живлення: від вбудованого акумулятора та мережі Комплектація: Ваги, Інструкція користувача, Блок живлення Гарантійний термін: не менше 24 місяці
2	Цифрова вага HANKE YF-K6 (200g±0.01) або еквівалент	шт	3	Характеристики: Ваги цифрові Максимальний вантаж: 200г ± 0,01; Точність вимірювання: +/- 0,01г; Одиниця вимірювання: g (грамм), oz (унція), ozt (тройська унція), dwt (пеннівейт), ct (карат); Режим зважування з тарою: +; Тип дисплею: рідкокристалічний Підсвічування: блакитного кольору; Джерело живлення: 2 батарейки AAA; Розміри вимірювальної платформи: 7.3см x 6.4 см +/- 10% Матеріал платформи: нержавіюча сталь; Розміри ваг: 9.9×8.8×1.9 см +/- 10% Гарантійний термін: не менше 12 місяців
3	Гиря калібрувальна 100 г (з сертифікатом) ULAB або аналогічна	шт	1	Гиря 100 г, клас точності – 2 (F1), похибка ± 0,5 мг (0,0005 г). Матеріал – дзеркально полірована нержавіюча сталь Використовується для калібрування ваг Гарантійний термін: не менше 12 місяців